

FORMULARZ CENOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W PRZEDBORZU

Pakiet Nr 1 - SZYBKIE TESTY na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Ilość oznaczeń	Zaferowana wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena za 1 op.netto w zł	Wartość netto w zł	VAT %	Wartość brutto w zł	Nr katalogu
1.	Krew utajona w kale, test płytkowy bezdietowy, czułość analityczna 2ug Hhb/g kału brak efektu próżniowego, do 125 ug hHB/g kału	50							
2.	Waler Rose, test szkiełkowy hemaglutynacji do jakościowego i półilościowego oznaczenia czynników reumatoidalnych (RF) w ludzkiej surowicy. Czułość analityczna: 8(6-16)IU/mL Czułość diagnostyczna:100% Swoistość diagnostyczna: min.93%	50							
3.	Test Gardia Lamblia chromatograficzny test immunologiczny w firmie przepływu bocznego do jakościowego wykrywania Gardia lamblia w próbkach ludzkiego kału. Czułość diagnostyczna:min.98% Swoistość diagnostyczna: min.min.99,5%	60							

4.	Test kasetkowy H.pylori Ag(kał)szybki test immunocromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Helicobacter pylori w ludzkich próbkach kału. Relatywna czułość: >99,9% Relatywna swoistość: >99,9% Ogólna zgodność:>99,9%	40							
5.	Test PSA szybki, wizualny immunochromatograficzny, półilościowe oznaczenie wstępne oznaczenie antygeny prostaty (PSA)w ludzkich próbkach surowicy, osocza lub krwi pełnej, na poziomie 4ng/ml punktu odcięcia cut-off. Relatywna czułość: 98,8% Relatywna swoistość: 98,6% Ogólna zgodność: 98,7%	110							
6.	Test HBS Ag – test płytkowy do jakościowego wykrywania antygeny powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B(HBsAg) Czułość: 100% Swoistość:99,89%	50							
7.	Laboquick Anti-HIV CASSETTE- szybki jakościowy test immunologiczny do wykrywania przeciwciał(IgG,IgA,IgM)skierowanych przeciwko wszystkim podtypom wirusa ludzkiego upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1 łącznie z grupą O) i typu 2 (HIV-2)w ludzkiej krwi pełnej/surowicy/osoczu. Czułość 100% Swoistość 100%	50							
8.	Test VDRL- syphilis(krew pełna/surowica/osocze)jest szybkim immunochromatograficznym Relatywna czułość:99,6%	50							

	Relatywna swoistość:99,1% Ogólna zgodność:99,3%								
9.	Test Anti-HCV- szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko białkom kodowanym przez zachowanie sekwencji następujących części genomu HCV typ rdzeń NS3,NS4,NS5 w ludzkiej krwi pełnej.surowicy/osoczu. Czułość: 100% Swoistość: 100%	50							
10.	Test FOB w kale (krew utajona)wizualny, szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale. Relatywna czułość:97,3% Relatywna swoistość: 98,4%	50							
11.	Test Helicobacter Pylorii w surowicy, szybki, wizualny, jednostopniowy test do jakościowego wykrywania specyficznych przeciwciała IgG przeciwko H.pylori we krwi pełnej, surowicy i osoczu. Relatywna czułość: 93,2% Relatywna swoistość:97,2% Ogólna zgodność: 95,5%	50							
	SUMA:								

.....

Data i podpis oferenta